

Број: 5629-1-ОДУ/24
Добој, 08.10.2024. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 5629-3К/24 од 01.10.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

за Лот 1 – Коронарни жичани водич за ПТЦА 0.012” до 0.014”

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 5629-3К/24 од 01.10.2024. године да се Уговор за јавну набавку роба – медицински потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лијечење за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, за Лот 1 – Коронарни жичани водич за ПТЦА 0.012” до 0.014”, **додијели понуђачу „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево, ул. Раденка Абазовића бр. 5**, који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 56.000,00 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево, у складу са чланом 98. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево, дужан је у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке доставити Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24) и документ из члана 47. став (1) тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24). Документи који се достављају морају бити осигурани јемствеником и заштићени печатним воском или вињетом (наљепницом).

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 5629-1/24 од 01.08.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Процијењена вриједност набавке за Лот 1 износи до 56.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовано Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 5629-РК/24 од 12.09.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-226-3-196/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 02.08.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 54 од 09.08.2024. године.

Дана 17.09.2024. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да је понуду за Лот 1 - Коронарни жичани водич за ПТЦА 0.012" до 0.014", у предвиђеном року доставили следећи понуђачи:

1. „Adrialine“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 56.000,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања;
2. „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 56.000,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања;

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију, коју су доставили наведени понуђачи за Лот 1 - Коронарни жичани водич за ПТЦА 0.012" до 0.014" и по том основу утврдила да су горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-226-3-196/24 од 02.08.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 54 од 09.08.2024. године и предметној тендерској документацији број 5629-1/24.

Комисија је детаљном анализом достављене понуде и документације која чини саставни дио исте, констатовала да материјал који у својој понуди нуди понуђач „Adrialine“ д.о.о. Бања Лука не одговара критеријима, односно техничким захтјевима прописаним у Образцу за цијену понуде - Анекс број 3 предметне тендерске документације.

У Образцу за цијену понуде - Анекс број 3 предметне тендерске документације, наведене су минималне техничке спецификације производа које гласе:

„Лот 1, ставка 1 - КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ 0.014, високе торкабилности, израђен од појачано затегнутог изузетно трајног нерђајућег челика или легуре никла и титанијума, лако обликујућег врха, опалесцентна на врху 3 цм, **рукава од полимера**; тврдоће врха 0.7 г, хидрофилна, дужине 190 или 300 цм.“

„Лот 1, ставка 2 - КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ 0.014, високе торкабилности, израђен од појачано затегнутог изузетно трајног нерђајућег челика или легуре никла и титанијума, лако обликујућег врха, опалесцентна на врху 3 цм, **рукава од полимера**; тврдоће врха 0.8-1.0г, хидрофилна, потпуно прекривена полимером, **осовине до самог врха**, дужине 190 или 300 цм. Жица нуди подршку 3.2-5г.“

Увидом у достављену понуду понуђача „Adrialine“ д.о.о. Бања Лука, Комисија је установила да за Лот 1, ставка 1, понуђени жичани водич заштићеног назива „SION“, произвођача „ASANI“, нема рукав од полимера, како је то прописано предметном тендерском документацијом. Додатно, детаљном анализом понуде за Лот 1, ставка 2 је утврђено да се осовина, односно језгра понуђеног жичаног водича модел „Sion Black“, произвођача „ASANI“, не протеже до врха жичаног водича, како је то захтјевано предметном тендерском документацијом.

На основу свега наведеног понуда понуђача „Adrialine“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива за Уговорни орган на основу чега наведени понуђач није стекао статус квалификованог понуђача за Лот 1 - Коронарни жичани водич за ПТЦА 0.012" до 0.014".

Увидом у понуду понуђача „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево, Комисија је утврдила да понуда наведеног понуђача у потпуности одговара захтјевима прописаним у предметној тендерској документацији, на основу чега је понуђач „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру прихватљиве понуде и том приликом констатовала да понуда не садржи рачунске грешке, те с обзиром да је достављена само једна прихватљива понуда, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена е-Аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда Уговорни орган није заказивао е-Аукцију, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24).

Након изнесених чињеница и у складу са тачком 7.1. предметне тендерске документације Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуда дала препоруку в.д. директора Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 1 – Коронарни жичани водич за ПТЦА 0.012” до 0.014”, додијели понуђачу „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево који је понудио најнижу цијену понуде.

Имајући у виду горе наведено в.д. директора Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.


Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Adrialine“ д.о.о. Бања Лука
2. „Mark Medical“ д.о.о. Сарајево
3. Тендерска документација
4. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
5. Архива

в.д. Директора


Младен Гајић, мр економије

