

**Број: 5629-35-ОДУ/24**  
**Добој, 09.10.2024. године**

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 5629-3К/24 од 01.10.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

**О Д Л У К У**  
**о избору најповољнијег понуђача**  
**за Лот 35 – Скоринг балони**

**I**

**Прихвата се препорука** Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 5629-3К/24 од 01.10.2024. године да се Уговор за јавну набавку роба – медицински потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лијечење за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, за Лот 35 – Скоринг балони, **додијели понуђачу „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар, ул. Краља Петра Крешимира IV (СПЦ РОНДО) Лам 2А**, који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 22.541,40 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

**II**

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар, у складу са чланом 98. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**III**

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**IV**

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**V**

Понуђач „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар је уз понуду доставио Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24) и документе из члана 47. став (1) тачка а) и тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24) који су захтијевани предметном тендерском документацијом и нема обавезу достављања додатне документације.

**Образложење**

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 5629-1/24 од 01.08.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Процијењена вриједност набавке за Лот 35 износи до 22.550,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовано Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 5629-РК/24 од 12.09.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-226-3-196/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 02.08.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 54 од 09.08.2024. године.

Дана 17.09.2024. године у 12<sup>00</sup> часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да је понуду за Лот 35 - Скоринг балони, у предвиђеном року доставили следећи понуђачи:

1. „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 22.541,40 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања;
2. „Интерпромет“ д.о.о. Нови Град, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 22.500,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања;

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију, коју су доставили наведени понуђачи за Лот 35 - Скоринг балони и по том основу утврдила да су горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-226-3-196/24 од 02.08.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 54 од 09.08.2024. године и предметној тендерској документацији број 5629-1/24.

Комисија је детаљном анализом достављене понуде и документације која чини саставни дио исте, констатовала да материјал који у својој понуди нуди понуђач „Интерпромет“ д.о.о. Нови Град не одговара критеријима, односно техничким захтјевима прописаним у Образцу за цијену понуде - Анекс број 3 предметне тендерске документације.

У Образцу за цијену понуде - Анекс број 3 предметне тендерске документације, наведене су минималне техничке спецификације производа које гласе:

„Лот 35 - ПТЦА РХ **скоринг балон**, са два Пт-Ир маркера, на балону те 1Пт-Ир маркер на нитинол структури. **Дијаметар 1.50 мм. до 3.5 мм**, радна дужина 6-15 мм. **НП 8атм, РБП 20атм**“.

Увидом у достављену понуду понуђача „Интерпромет“ д.о.о. Нови Град за Лот 35, Комисија је установила да је наведени понуђач понудио „Wolverine Cutting balloon dilatation device“. Увидом у приложени каталог производа Комисија је утврдила да умјесто „scoring“ балона који је тражен тендерском документацијом понуђач нуди „cutting balon“ који се користи за резање плака помоћу микроскалпела, што је потпуно другачија технологија од тражене. Додатно, тендерском документацијом јасно је наведено да се тражи балон са номиналним притиском „(НП) 8 атм.“. Понуђач нуди артикал који има номинални притисак од 6 атмосфера „(НП) 6 атм“. Ова разлика указује на то да артикал који нуди понуђач не може постићи тражени ниво инфлације на номиналном притиску, што значи да не испуњава техничке спецификације које су тражене. Тендерском документацијом је јасно наведено да балон мора имати „РБП 20 атм“, што означава максимални притисак прије пуцања балона. Понуђач нуди артикал који има „РБП од 12 атм“, што значи да артикал није пројектован да издржи притиске који су потребни у одређеним клиничким ситуацијама, а који су јасно наведени. Тендерском документацијом је јасно наведен дијаметар балона у распону од „... дијаметар 1.50 мм до 3.5 мм...“ што укључује мање величине балона које су кључне за лијечење сужења мањих крвних судова. Понуђач нуди артикал који има дијаметар од „2 мм до 4 мм“, што значи да не покрива минималне тражене димензије од 1.5 мм. Ова разлика онемогућава употребу артикла којег нуди понуђач у одређеним клиничким индикацијама које захтјевају мање балоне.

Из свега напријед наведеног, јасно се види да понуда понуђача „Интерпромет“ д.о.о. Нови Град, за Лот 35, не испуњава минималне техничке спецификације које су тражене предметном тендерском документацијом. На основу свега наведеног понуђач „Интерпромет“ д.о.о. Нови Град није стекао статус квалификованог понуђача за Лот 35 - Скоринг балони.

Увидом у понуду понуђача „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар, Комисија је утврдила да понуда наведеног понуђача у потпуности одговара захтјевима прописаним у предметној тендерској документацији, на основу чега је понуђач „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру прихватљиве понуде и том приликом констатовала да понуда не садржи рачунске грешке, те с обзиром да је достављена само једна прихватљива понуда, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена е-Аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда Уговорни орган није заказивао е-Аукцију, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24).

Након изнесених чињеница и у складу са тачком 7.1. предметне тендерске документације Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуда дала препоруку в.д. директора Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 35 - Скоринг балони, додијели понуђачу „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар који је понудио најнижу цијену понуде.

Имајући у виду горе наведено в.д. директора Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

#### **Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Rauche Medical“ д.о.о. Мостар
2. „Интерпромет“ д.о.о. Нови Град
3. Тендерска документација
4. Главни информатичар  
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
5. Архива

в.д. Директора

Младен Гајић, мрежномије

