

Број: 2173-6-ОДУ/25
Добој, 29.04.2025. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 59/22 и 50/24), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 2173-И-ЗК/25 од 24.04.2025. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

О Д Л У К У

**о избору најповољнијег понуђача
за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер**

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 2173-И-ЗК/25 од 24.04.2025. године да се Уговор за јавну набавку роба –медицинска опрема за потребе ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука, ул. Славка Родића бр. 1, који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 8.300,00 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуде у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуде у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Life Med“ д.о.о. Бања Лука, дужан је у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке доставити Уговорном органу **документе из члана 45.** став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 , 59/22 и 50/24), као и **документе из члана 47.** став (1) тачке а.) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 , 59/22 и 50/24. Документи који се достављају морају бити осигурани јемствеником и заштићени печатним воском или вињетом (наљепницом).

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 2173/25 од 14.03.2025 године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Процјењена вриједност набавке за Лот 6 (без ПДВ-а) износи 8.300,00 КМ.

Уговорни орган је именовео Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 2173-РК/25 од 04.04.2025. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-164-3-93/25 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 17.03.2025. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 17 од 21.03.2025. године.

Дана 08.04.2025. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуду за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер, у предвиђеном року доставили следећи понуђачи:

РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
1.	„Lifemed“ д.о.о Бања Лука	8.300,00	нема
2.	„Derby Trade“ д.о.о. Брчко	8.300,00	нема

Комисија је на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију коју је доставио понуђач „Derby Trade“ д.о.о. Брчко и утврдила да у достављеном каталогу није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика, и то:

- Брава са два кључа, а у каталогу није видљиво;
- еколошко LED освјетљење (уштеда енергије до 70% ±5%) са аутоматским укључењем код отварања врата и мануелним прекидачем на контролној плочи, у каталогу комисија није пронашла мануелни прекидач на контролној плочи;
- минимално три клизне полице од Scotch-Brite нехрђајућег челика (обложене PVC заштитним филмом) подесиве по висини (8 различитих позиција). Опционо до 5 ланица са телескопским клизачима – у каталогу нема опционо до 5 ланица;
- вентилатор испаривача се аутоматски гаси док су врата отворена – наведено није нађено у каталогу;
- Микропроцесорска контролна плоча са LCD touch screen displejom (минимално 4.3") и типковним командама. На дисплеју приказ унутарњег изборника, температуре, постављене температуре, датума, сата, модела, статус back-up батерије, температурног графикана у реалном времену – Комисија у каталогу није уочила типковне команде, постављене температуре, датума, сата, модела, статус back-up батерије;
- Континуирани надзор температуре са приказом постављене вриједности и аларма – Наведено није нађено у каталогу;
- Температурни мониторинг помоћу двије сонде PT1000 – у каталогу није наведено да се могу прикључити 2 PT1000 сонде;
- Приказ температуре у реалном времену помоћу температурног графикана (минимално 600 мин.) – у каталогу нема минимално 600 мин;
- RS 232/RS 485 порт – нема у каталогу;
- Дигитална калибрација сонди – нема у каталогу;
- Аудио-визуелни аларм: висока и ниска температура, отворена врата, учинковитост кондензатора, оштећена сонда, нестанак електричне енергије, оштећена или слаба/празна батерија, амбијентални услови – у каталогу комисија није пронашла оштећена сонда, оштећена или слаба/празна батерија и амбијентални услови;
- RFI филтер – наведено нема у каталогу.

На основу свега наведеног понуђач „Derby trade“ Брчко није стекао статус квалификованог понуђача за Лот 6 - Лабораторијски фрижидер.

Комисија је на истом састанку извршила увид у комплетну документацију коју је доставио понуђач „Life Med“ д.о.о. Бања Лука и утврдила да је поменути понуђач доставио комплетну документацију која је захтијевану у Обавјештењу број 704-1-1-164-3-93/25 од 17.03.2025. године.

Комисија за јавне набавке уговорног органа је извршила рачунску провјеру прихватљиве понуде и констатовала да достављена понуда не садржи аритметичке грешке, те с обзиром да је у предметном поступку јавне набавке достављена само једна прихватљива понуда, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена е-Аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда Уговорни орган није заказивао е-Аукцију, у складу са чланом 4. став (2) Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24).

Након изнесених чињеница и у складу са тачком 7.1. предметне тендерске документације Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о Бања Лука који је понудио најнижу цијену понуде.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99, 100. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24).

Достављено:

1. „Life Med“ д.о.о Бања Лука
2. „Derby Trade“ д.о.о. Брчко
3. Тендерска документација
4. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
5. Архива

