

**Број: 6606-1-ОДУ/24**  
**Добој, 09.10.2024. године**

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 6606-И-ЗК/24 од 07.10.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

**О Д Л У К У**  
**о избору најповољнијег понуђача**  
**Лот 1 – Лабораторијски фрижидер**

**I**

**Прихвата се препорука** Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 6606-И-ЗК/24 од 07.10.2024. године да се Уговор за јавну набавку роба – медицинска опрема за потребе Службе за микробиологију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, Лот 1 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука, Славка Родића 1, 78000 Бања Лука који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 11.500,00 КМ и роком плаћања од 60 (словима: шездесет) дана од датума фактурисања.

**II**

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**III**

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**IV**

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**V**

Понуђач „Life Med“ д.о.о. Бања Лука, дужан је у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке доставити Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24). Документи који се достављају морају бити осигурани јемствеником и заштићени печатним воском или вињетом (налепницом).

## Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 6606/24 од 04.09.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најнижа цијена понуде.

Процијењена вриједност набавке за Лот 1 је до 11.500,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовao Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 6606-РК/24 од 18.09.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-249-3-222/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 05.09.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 60 од 06.09.2024. године.

Дана 25.09.2024. године у 12<sup>00</sup> часова Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуде у предвиђеном року за Лот 1 – Лабораторијски фрижидер доставили следећи понуђачи:

Број лота	РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
1.	1.	„Еуролаб“ д.о.о. Бијељина	11.500,00	нема
	2.	„Life Med“ д.о.о. Бања Лука	11.500,00	нема
	3.	„Elta 90 MB“ д.о.о. Сарајево	11.500,00	нема

Комисија за јавне набавке је на затвореном састанку извршила преглед достављених понуда за Лот 1 – Лабораторијски фрижидер и утврдила да је понуђач „Life Med“ д.о.о. Бања Лука доставио комплетну документацију која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-249-3-222/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 05.09.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 60 од 06.09.2024. године и предметној тендерској документацији број 6606/24 и тиме стекао статус квалификованог понуђача.

Увидом у достављену понуду понуђача „Еуролаб“ д.о.о. Бијељина, за Лот 1 – Лабораторијски фрижидери, Комисија је утврдила да техничка спецификација из каталога не задовољава услове тражене техничком спецификацијом из предметне тендерске документације. Предметном тендерском документацијом тражено је доказивање сваке минимално техничке карактеристике, док у каталогу који је доставио понуђач „Еуролаб“ д.о.о. Бијељина те карактеристике нису видљиве. Наиме, предметном тендерском документацијом је тражен лабораторијски фрижидер који има ниво буке мањи од 50db. У каталогу за лабораторијски фрижидер који је доставио понуђач „Еуролаб“ д.о.о. Бијељина, та карактеристика није видљива.

На основу горе наведеног, понуђач „Еуролаб“ д.о.о. Бијељина није стекао статус квалификованог понуђача и његова понуда је неправилна зато што не испуњава захтјеве Уговорног органа у погледу техничке спецификације.

Увидом достављену понуду понуђача „ELTA 90 Medical Biotechnology“ д.о.о. Сарајево, утврђено је да наведени понуђач није доставио документацију тражену тачком 5.4. техничка и професионална способност:

- 5.4.2. с) Изјаве понуђача да у гаратном периоду прихватају све интервенције, превентивно и редовно одржавање са резервним дијеловима, услуге сервиса за све врсте кварова насталих на било који начин осим намјерним механичким оштећењем и резервне дијелове за отклањање

кварова без новчане надокнаде за услуге, утрошен материјал и резервне дијелове за све Лотове за који понуђачи достављају понуде.

- 5.4.2. d) Изјаве понуђача за све Лотове о обезбјеђењу испоруке оригиналних резервних дијелова и потрошног материјала, по тржишним цијенама на дан испоруке, у зависности од потреба Уговорног органа у периоду од најмање 4 године од датума испоруке опреме која је предмет овог поступка јавне набавке.
- 5.4.2. е) Изјаве понуђача за све Лотове да имају могућност радног ангажовања минимум 1 радника-сервисера који мора бити од стране произвођача понуђене опреме потпуно оспособљен за одржавање опреме из предмета јавне набавке.
- 5.4.2. е) Копија сертификата који су издати од стране овлашћеног тренинг центра произвођача да је радник похађао и успјешно завршио обуку за сервис апарата који је предмет јавне набавке.

Даљим увидом у каталог лабораторијски фрижидер ЛОТ 1 понуђача „ELTA 90 Medical Biotechnology“ д.о.о. Сарајево, Комисија је утврдила да техничка спецификација лабораторијски фрижидер из каталога не задовољава услове тражене техничком спецификацијом из предметне тендерске документације. Предметном тендерском документацијом тражено је доказивање сваке захтијеване техничке карактеристике, док у каталогу те карактеристике нису видљиве.

Наиме, предметном тендерском документацијом је тражен Лабораторијски фрижидер са карактеристикама које у каталогу нису видљиве, односно, тражене:

- тражена запремина 1400L ( $\pm 5\%$ ) – у каталогу наведена 1315 L .
- тражено 8 клизних полица од Scotch-Brite нехрђајућег челика – у каталогу 6 полица
- тражен температурни опсег  $+2^{\circ}\text{C}$  и  $+12^{\circ}\text{C}$ . – у каталогу није видљив опсег,
- тражено дигитално подешавање температуре у инкрементима од  $0,1^{\circ}\text{C}$  - у каталогу није видљиво подешавање,
- тражено ниво буке мањи од 50db – у каталогу мањи од 56db.

На основу горе наведеног, понуђач „ELTA 90 Medical Biotechnology“ д.о.о. Сарајево није стекао статус квалификованог понуђача и његова понуда је неправилна зато што не испуњава захтјеве Уговорног органа у погледу техничке спецификације

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру финансијског дијела прихватљиве понуде и констатовала да понуда не садрже аритметичке грешке.

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је приступила провјери неприродно ниске цијене у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14, 59/22 и 50/24) и чланом 17. став (7) тачка б) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14), те констатовала да у складу са напријед наведеним законом и подзаконским актима у достављеној понуди за Лот 1 не постоји неприродно ниска цијена понуде.

Предметним поступком је предвиђена Е-аукција, али узимајући у обзир да је за Лот 1 достављена само једна прихватљива понуда Уговорни орган неће заказивати Е-аукцију у складу са чланом 4. став (2) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24).

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуда дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 1 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

**Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописано члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

**Достављено:**

1. „Еуролаб“ д.о.о. Бијељина
2. „Life Med“ д.о.о. Бања Лука
3. „Elta 90 MB“ д.о.о. Бијељина
4. Тендерска документација
5. Главни информатичар  
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
6. Архива

