

Број: 7964-1-ОДУ/24
Добој, 25.11.2024. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 7964-И-ЗК/24 од 18.11.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба - лабораторијски фрижидери за потребе Службе за клиничко-биохемијску дијагностику у ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 1 – Лабораторијски фрижидер

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 7964-И-ЗК/24 од 18.11.2024. године да се Уговор за јавну набавку роба – лабораторијски фрижидери за потребе Службе за клиничко-биохемијску дијагностику у ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 1 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 42.000,00 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђача који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачу који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Life Med“ д.о.о. Бања Лука дужан је у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке доставити Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д), и документе из члана 47. став (1) тачка а) и тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24). Документи који се достављају морају бити осигурани јемствеником и заштићени печатним воском или вињетом (наљепницом).

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 7964/24 од 21.10.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене.

Процјењена вриједност набавке (без ПДВ-а) износи: 42.000,00 КМ.

Уговорни орган је именовао Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 7964-РК/24 од 06.11.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-286-3-257/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 23.10.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 72 од 25.10.2024. године.

Дана 12.11.2024. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуду за Лот 1 – Лабораторијски фрижидер у предвиђеном року доставили следећи понуђачи:

РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
1.	„Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево	42.000,00	нема
2.	„Life Med“ д.о.о Бања Лука	42.000,00	нема
3.	„Derby Trade“ д.о.о. Брчко	42.000,00	нема
4.	„Артика“ д.о.о Сарајево	41.952,00	нема

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију коју су доставили понуђачи „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево, „Derby Trade“ д.о.о. Брчко и „Артика“ д.о.о. Сарајево за ЛОТ 1 – лабораторијски фрижидер, и утврдила да нису испуњене све минималне карактеристике захтјеване у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-286-3-257/24 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 23.10.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број број 72 од 25.10.2024. године и предметној тендерској документацији број 7964/24, односно:

Увидом у каталог понуђача „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево за ЛОТ 1 – лабораторијски фрижидер Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

Техничком спецификацијом је тражено између осталог и:

- Минимално четири клизне полице од нехрђајућег челика подесиве по висини (8 различитих позиција)
У каталогу има минимално 4 клизне полице, али нема 8 различитих позиција.
- Опционално до 6 ладница са телескопским клизачима и прозирном предњом страном од плексигласа

Комисија није пронашла наведено у каталогу који је доставио понуђач

- Температурни опсег: подешавање температуре у опсегу између +2° С до +12 °С
У каталогу је подешавање температуре у опсегу између од 0° до +15° С
- Уређај у складу са директивом о ниском напону 2014/35/UE и директивом о електромагнетној компатибилности 2014/30 UE

Комисија није утврдила наведено у каталогу.

Увидом у каталог понуђача „Derby Trade“ д.о.о. Брчко за ЛОТ 1 – лабораторијски фрижидер Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

Техничком спецификацијом је тражено између осталог и:

- Пресавијена магнетна бртва на четири стране за савршено заптивање.
Комисија није уочила у каталогу пресавијену магнетну бртву.

- Минимално четири клизне полице од нехрђајућег челика подесиве по висини (8 различитих позиција)
У каталогу има минимално 4 клизне полице, али нема 8 различитих позиција.
- Опционално до 6 ланица са телескопским клизачима и прозирном предњом страном од плексигласа
Комисија није пронашла наведено у каталогу који је доставио понуђач
- Вриједност температуре фабрички подешена на +4°C, а у каталогу је +5°C
- Системски погоњена вентилација зрака са два вентилатора осигурава једноличну температуру унутар фрижидера. Вентилатор испаривача се гаси док су врата отворена.
Комисија није пронашла наведено у каталогу.
- Температурни мониторинг помоћу три NTC сонде, не виде се три сонде, као ни дигитална калибрација сонди.
- На дисплеју приказ унутрашњег изборника, температуре, постављање температуре, датума, сата, модела, статус бацк-уп батерије, нема у каталогу, као ни типковне команде.

Увидом у каталог понуђача „Артика“ д.о.о Сарајево за ЛОТ 1 – лабораторијски фрижидер Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

- Минимално четири клизне полице од нехрђајућег челика подесиве по висини (8 различитих позиција)
У каталогу има минимално 4 клизне полице, али нема 8 различитих позиција.
- Опционално до 6 ланица са телескопским клизачима и прозирном предњом страном од плексигласа
Комисија није пронашла наведено у каталогу који је доставио понуђач
- На дисплеју приказ унутрашњег изборника, датума, сата, модела, статус бацк-уп батерије, нема у каталогу, као ни типковне команде.

На основу свега наведеног понуђачи „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево, „Derby Trade“ д.о.о. Брчко и „Артика“ д.о.о Сарајево нису стекли статус квалификованих понуђача ЛОТ 1 – лабораторијски фрижидер.

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију коју је доставио понуђач „Life Med“ д.о.о Бања Лука, те је утврдила да је исти доставио комплетну документацију за Лот 1 која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-286-3-257/24 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 23.10.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 72 од 25.10.2024. године и предметној тендерској документацији број 7964/24 чиме је стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру понуде и том приликом констатовала да понуда не садржи рачунске грешке, те с обзиром да је достављена само једна прихватљива понуда, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена е-Аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда за Лот 1 Уговорни орган није заказивао е-Аукцију, у складу са чланом 4. став (2) Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24).

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 1 – лабораторијски фрижидери, додјели понуђачу „Life Med“ д.о.о Бања Лука.

Имајући у виду горе наведено директора Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Life Med“ д.о.о Бања Лука
2. „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево
3. „Derby Trade“ д.о.о. Брчко
4. „Артика“ д.о.о Сарајево
5. Тендерска документација
6. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
7. Архива

в.д. Директора

Младен Гајић, економије

