

Број: 7964-2-ОДУ/24
Добој, 25.11.2024. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (преорука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 7964-И-ЗК/24 од 18.11.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба - лабораторијски фрижидери за потребе Службе за клиничко-биохемијску дијагностику у ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 2 – Комбиновани лабораторијски фрижидер

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 7964-И-ЗК/24 од 18.11.2024. године да се Уговор за јавну набавку роба – лабораторијски фрижидери за потребе Службе за клиничко-биохемијску дијагностику у ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 2 – Комбиновани лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 11.000,00 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Life Med“ д.о.о. Бања Лука у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђача који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачу који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Life Med“ д.о.о. Бања Лука дужан је у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке доставити Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д), и документе из члана 47. став (1) тачка а) и тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24). Документи који се достављају морају бити осигурани јемствеником и заштићени печатним воском или вињетом (наљепницом).

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 7964/24 од 21.10.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене.

Процјењена вриједност набавке (без ПДВ-а) износи: 11.000,00 КМ.

Уговорни орган је именовао Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 7964-РК/24 од 06.11.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-286-3-257/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 23.10.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 72 од 25.10.2024. године.

Дана 12.11.2024. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуду за Лот 2 – **Комбиновани лабораторијски фрижидер** у предвиђеном року доставили следећи понуђачи:

РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
1.	„Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево	11.000,00	нема
2.	„Life Med“ д.о.о Бања Лука	11.000,00	нема

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију коју је доставио понуђач „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево, за ЛОТ 2 – **Комбиновани лабораторијски фрижидер**, и утврдила да нису испуњене све минималне карактеристике захтјеване у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-286-3-257/24 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 23.10.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број број 72 од 25.10.2024. године и предметној тендерској документацији број 7964/24, односно:

Увидом у каталог понуђача „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево за ЛОТ 2 – **Комбиновани лабораторијски фрижидер** Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

Техничком спецификацијом је тражено између осталог и:

- Температурни опсег замрзивача: подешавање температуре у опсегу између -10°C до -30°C, у каталогу је од -9°C до -30°C. Вриједност температуре фабрички подешена на -25°C, док је у каталогу -20°C
- У одјељку фрижидера системски погоњена вентилација зрака са два вентилатора који осигуравају једноличну температуру унутар фрижидера. Вентилатори испаривача се гасе док су врата отворена

У каталогу Комисија није уочила да има два вентилатора и вентилатори испаривача се не гасе.

- Температурни мониторинг помоћу три NTC сонде, у каталог се виде двије NTC сонде.
- У техничкој спецификацији је тражено одвојена потрошња електричне енергије фрижидера и потрошња електричне енергије замрзивача, док је у каталогу потрошња електричне енергије заједно за обадвоје.
- Уређај у складу са директивом о ниском напону 2014/35/UE и директивом о електромагнетној компатибилности 2014/30 UE

Комисија није утврдила наведено у каталогу.

На основу свега наведеног понуђач „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево није стекао статус квалификованог понуђача за ЛОТ 2 – **комбиновани лабораторијски фрижидер**.

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију коју је доставио понуђач „Life Med“ д.о.о Бања Лука, те је утврдила да је исти доставио комплетну документацију за Лот 2 која је захтјевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-286-3-257/24 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 23.10.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број број

72 од 25.10.2024. године и предметној тендерској документацији број 7964/24 чиме је стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру понуде и том приликом констатовала да понуда не садржи рачунске грешке, те с обзиром да је достављена само једна прихватљива понуда за предметни Лот, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена е-Аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда за Лот 2 Уговорни орган није заказивао е-Аукцију, у складу са чланом 4. став (2) Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24).

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 2 – Комбиновани лабораторијски фрижидери, додијели понуђачу „Life Med“ д.о.о Бања Лука.

Имајући у виду горе наведено директора Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Life Med“ д.о.о Бања Лука
2. „Елта 90 МБ“ д.о.о. Сарајево
3. Тендерска документација
4. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
5. Архива

в.д. Директора
Младен Гајић, мр економије

