



JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ
JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ

Pop Ljubina bb 74000 DOBOJ
Tel: +387(0)53-241-022; 241-943
Fax: +387(0)53-242-789
E-mail: bolnicadoboj@bol.net
PIB: 400044160008; JIB: 4400044160008;
reg. br. 1251201
TR: 555008-00007631-13; 338390-22000146-82
OJ: 679/98 Osnovni sud u Doboju

Број: 3922-6-ОДУ/24
Добој, 08.07.2024. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 3922-И-ЗК/24 од 03.07.2024. године), директор ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 3922-И-ЗК/24 од 03.07.2024. године да се Уговор за јавну набавку роба – медицинска опрема и инструменти за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Инел БХ“ д.о.о Маглај, који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 13.900,00 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Инел БХ“ д.о.о Маглај у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачу који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачу који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Инел БХ“ д.о.о Маглај, је уз понуду доставио Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и из члана 47. став (1) тачка а) и ц) који су захтијевани предметном тендерском документацијом и нема обавезу достављања додатне документације.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 3922/24 од 24.05.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Процијенена вриједност набавке за Лот 6 износи до 14.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовао Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 3922-РК/24 од 13.06.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-159-3-143/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 27.05.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 37 од 31.05.2024. године.

Дана 18.06.2024. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да је понуду за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер, у предвиђеном року доставили понуђачи:

1. „Брома Бел“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 14.000,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања.
2. „Derby Trade“ д.о.о. Брчко, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 14.000,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања.
3. „Еуро Лаб“ д.о.о. Бијељина, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 13.992,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања.
4. „Инел БХ“ д.о.о. Маглај, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 13.900,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања.

Комисија је на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију, коју су доставили понуђачи „Брома Бел“ д.о.о. Бања Лука, „Derby Trade“ д.о.о. Брчко и „Еуро Лаб“ д.о.о. Бијељина те је увидом у каталоге који су наведени понуђачи доставили за предметни Лот 6- Лабораторијски фрижидер, утврђено да нису испуњене минималне техничке спецификације захтјеване у обрасцу за цијену за Лот 6 ове тендерске документације.

Наиме, Увидом у каталог понуђача „Еуро лаб“ д.о.о Бијељина за ЛОТ 6 – лабораторијски фрижидер Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

Техничком спецификацијом је тражено између осталог и:

- Унутрашња структура од Scotch-Brite нехрђајућег челика или AISI 304 нехрђајући челик 18/8
Комисија није могла утврдити да ли је Scotch-Brite или AISI 304
- Пуна непрозирна врата са аутоматским затварањем до 90°, преко 90° врата остају отворена.
До 90° и преко 90° недостаје
- Минимално три клизне полице од Scotch-Brite нехрђајућег челика (обложене ПВЦ заштитним филмом) подесиве по висини (8 различитих позиција)
У каталогу има минимално 3 клизне полице, али нема 8 различитих позиција.

На основу свега наведеног понуђач „Еуро лаб“ д.о.о Бијељина није стекао статус квалификованог понуђача.

Увидом у каталог понуђача „Брома бел“ д.о.о Бања Лука за ЛОТ 6 – лабораторијски фрижидер Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

- Изолација добијена убризгавањем еколошке полиуретанске пјене велике густоће, без CFC-а, дебљине минимално 60-80 мм
У каталогу наведеног понуђача је дебљина минимално 50мм
- Капацитет корисног простора коморе фрижидера минимално 450 литара. **У каталогу 440 литара**
- Мање од 45 db, **а у каталогу је наведено 50 db**
- Микропроцесорска контролна плоча са LCD touch screen displejom (минимално 4,3") и типковним командама. На дисплеју приказ унутрашњег изборника температуре, постављене температуре, датума, сата, модела статус back-up батерије, температурног графикана у реалном времену
У каталогу нема статус back-up батерије, минимално 4,3", а у каталогу је 3,5", нема сат, вријеме.
- Четири неротирајућа точка и двије подесиве стопе за стабилизацију
У каталогу нема точкове већ само стопе.

На основу свега наведеног понуђач „Брома бел“ д.о.о Бања Лука није стекао статус квалификованог понуђача.

Понуђач „Derby trade“ Брчко доставио је каталог за ЛОТ 6 - лабораторијски фрижидер. Увидом у каталог Комисија је утврдила да није испуњена свака минимална захтјевана карактеристика.

- Мање од 45 db, а у каталогу је наведено 50 db
- Изолација добијена убризгавањем еколошке полиуретанске пјене велике густоће, без CFC-а, дебљине минимално 60-80 мм
- У каталогу наведеног понуђача је дебљина минимално 50мм
- У каталогу нема аларм амбијентални услови
- Капацитет корисног простора коморе фрижидера минимално 450 литара. У каталогу 440 литара

На основу свега наведеног понуђач „Derby trade“ Брчко није стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију, коју је доставио понуђач „Инел БХ“ д.о.о. Маглај и по том основу утврдила да је наведени понуђач доставио комплетну документацију која је захтјевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-159-3-143/24 од 27.05.2024. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 37 од 31.05.2024. године и предметној тендерској документацији број 3922/24, на основу чега је стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру понуде и том приликом констатовала да понуда не садржи рачунске грешке, те с обзиром да је достављена само једна прихватљива понуда за Лот 6, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена е-Аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда за Лот 6 Уговорни орган није заказивао е-Аукцију, у складу са чланом 4. став (2) Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ“, број 80/23). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22).

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 6 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Инел БХ“ д.о.о. Маглај.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Инел БХ“ д.о.о. Маглај
2. „Еуро Лаб“ д.о.о. Бијељина
3. „Брома Бел“ д.о.о. Бања Лука
4. „Derby Trade“ д.о.о. Брчко
5. Тендерска документација
6. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
7. Архива

в.д. Директора
Младен Гајић, мр економије

