



JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ  
JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ

Pop Ljubina bb 74000 DOBOJ  
Tel: +387(0)53-241-022; 241-943  
Fax: +387(0)53-242-799  
E-mail: bolnicadoboj@teol.net  
PIB:400044160008; JIB: 4400044160008;  
reg. br. 1251201  
TR:555008-00007631-13; 338990-22000146-82  
Ul:676/96 Osnovni sud u Doboju

Број: 4542-2-ОП/24  
Добој, 29.07.2024. године

На основу члана 25, 68, 69. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 4542-И-ЗК/24 од 22.07.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

## ОДЛУКУ

### о поништењу поступка јавне набавке

### Лот 2 – Циркуларни стаплери II

#### I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 4542-И-ЗК/24 од 22.07.2024. године да се поступак јавне набавке роба – циркуларни стаплери за потребе Службе за хирургију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, Лот 2 – Циркуларни стаплери II, поништи у складу са чланом 69. став (2) тачка д) јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

#### II

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачу који је благовремено доставио понуду у предметном отвореном поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

#### III

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачу који је благовремено доставио понуду у предметном отвореном поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

## Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 4542/24 од 22.07.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Процијенена вриједност набавке за Лот 2 износи до 37.200,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовao Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 4542-РК/24 од 03.07.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-188-3-155/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 17.06.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 43 од 21.06.2024. године.

Дана 09.07.2024. године у 12<sup>00</sup> часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да је понуду у предвиђеном року за Лот 2 – Циркуларни стаплери II, доставио понуђач:

1. „Ако Мед“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 37.125,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања.

Комисија именована у предметном поступку за предметну набавку утврдила је да је понуђач „Ако Мед“ д.о.о Бања Лука за Лот 2 понудио робу која не одговара техничкој спецификацији наведеној у Образацу за цијену понуде и тендерској документацији број 4542/24 и то:

- Тендерском документацијом између осталог захтјевано је: *Циркуларни стаплет са обарајућом главом (анвил/наковињ) у облику дугмета и четвртастим кламфицама за завршно формирање „В“ облика затворене кламфице за превенцију дехинсенције...*“ Из достављеног каталога страни 64 понуде наведеног понуђача гдје је означена роба коју је понуђач понудио стоји опис: „*Ultrathin anvil, more convenient for procedure*“ – Ултра танки наковињ, погоднији за процедуру. Уговорни орган тендерском документацијом није тражио циркуларни стаплер са ултра танким анвилем, што је и видљиво у Анексу 5 – Обрасца за цијену понуде.
- Такође, Анексом 3 – Обрасца за цијену понуде за циркуларни стаплер са обарајућом главом за величину стаплера вањског пречника 21 мм, захтјеван је унутрашњи пречник од 12 мм (уз дозвољено одступање  $\pm 1$  мм) и висина кламфице 4,5 мм (уз дозвољено одступање  $\pm 0,1$  мм). Увидом у каталог понуђача „Ако Мед“ д.о.о. Бања Лука утврђено је да је понуђач понудио циркуларни стаплер од 21 мм вањског пречника, а 14 мм унутрашњег пречника. Дозвољено одступање за унутрашњи пречник је  $\pm 1$  мм, те унутрашњи пречник циркуларног стаплера које је понуђач понудио прелази дозвољено одступање.

Имајући у виду напријед наведено, Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђач „Ако Мед“ д.о.о Бања Лука неприхватљива, те наведени понуђач није стекао статус квалификованог понуђача за Лот 2 – Циркуларни стаплери II у предметном поступку јавне набавке циркуларни стаплери за потребе Службе за хирургију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој.

На основу горе наведеног, комисија за провођење предметног поступка јавне набавке дала је приједлог директору ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој да се предметни поступак јавне набавке за Лот 2 – Циркуларни стаплери II поништи и поново проведе.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

#### **Поука о правном лијеку:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Ако Мед“ д.о.о Бања Лука
2. Тендерска документација
3. Главни информатичар  
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
4. Архива

в.д. Директора

Младен Гајић, мр економије