



JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJU
JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJU

Pop Ljubina bb 74000 DOBOJU
Tel: +387(0)53-241-022; 241-843
Fax: +387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net
PIB: 400044160008; JIB: 4400044160008;
reg. br. 1251201
TR: 555008-00007631-13; 338390-22000146-82
Ul-676/96 Osnovni sud u Doboju

Број: 7723-7-ОПШ/23
Добој, 23.01 2024. године

На основу члана 25, 68, 69. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 7723-1-И-ЗК/23 од 12.01.2024. године), директор ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

ОДЛУКУ о поништењу поступка јавне набавке

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 7723-1-И-ЗК/23 од 12.01.2024. године да се поступак јавне набавке роба – медицинска опрема и инструменти за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, поништи у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), јер ниједна од примљених понуда није прихватља.

II

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у предметном отвореном поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуду у предметном отвореном поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 7723/24 од 14.11.2023. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најнижа цијена понуде.

Процијењена вриједност набавке за Лот 7 је до 130.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовao Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 7723-РК/23 од 29.11.2023. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-398-3-286/23 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 15.11.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 79 од 17.11.2023. године.

Дана 07.12.2023. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуде у предвиђеном року за Лот 7 доставили следећи понуђачи:

Број лота	РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
1.	1.	„Медиетик“ д.о.о. Бања Лука	130.000,00	нема
	2.	„Medicom“ д.о.о. Бијељина	98.400,00	нема

Комисија је на затвореном састанку извршила преглед достављених понуда за Лот 7 и утврдила да је понуђач Медиетик“ д.о.о. Бања Лука доставио комплетну документацију која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-398-3-286/23 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 15.11.2023. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 79 од 17.11.2023. године и Исправка за обавјештење о набавци број 704-1-1-398-8-297/23 од 01.12.2023. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 83 од 08.12.2023. године и предметној тендерској документацији број 7723/23 и тиме стекао статус квалификованог понуђача.

Увидом у понуду понуђача „Medicom“ д.о.о. Бијељина за Лот 7, односно у достављени каталог за Лот 7 – Ласер за третман задњег сегмента ока који је у својој понуди доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина, Комисија је утврдила да техничка спецификација ласер за третман задњег сегмента ока из каталога не задовољава услове тражене техничком спецификацијом из предметне тендерске документације. Наиме, предметном тендерском документацијом тражено је доказивање сваке минимално техничке карактеристике док у каталогу који је доставио понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина те карактеристике нису видљиве.

Наиме, предметном тендерском документацијом тражено је:

- циљајући сноп 635-650 нм – понуђени ласер има циљајући сноп 620-650нм.
- трајање пулса 10 мс до континуираног – понуђени ласер има ограничено трјање пулса: Single spot 10-2500 ms се (max 180 s)-Multi spot 10-50 ms - Selective 140 ns-5μs
- из каталога се не види податак о величини ласерског печата, а тражено је тендерском документацијом
- из каталога се не види да ли наведени ласер има све шаблоне (троструки лук) тражене тендерском документацијом
- понуђени ласер нема Resume функцију а тражена је тендерском документацијом
- понуђени ласер има Thermoelectric начин хлађења а тражено је Peltier ефектом
- понуђена лупа за ПРП има следеће карактеристике – ширина видног поља 165⁰, увећање слике 0,51x, увећање ласерских печата 1,96 – тражена је ширина видног поља 160/165⁰, увећање слике 0,50x, увећање ласерских печата 2,0.

На основу горе наведеног, понуђач „Medicom“ д.о.о. Бијељина није стекао статус квалификованог понуђача и његова понуда је неправилна зато што не испуњава захтјеве Уговорног органа у погледу техничке спецификације.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру прихватљиве понуде и том приликом констатовала да понуда не садржи рачунску грешку.

Предметним поступком је предвиђена Е-аукција, али узимајући у обзир да је достављена само једна прихватљива понуда за Лот 7 Уговорни орган није заказивао Е-аукцију, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења Е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22).

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 7 – Ласер за третман задњег сегмента ока, додијели понуђачу „Медиетик“ д.о.о. Бања Лука.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке роба –

медицинска опрема и инструменти за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, Лот 7, број 7723-7-ОДУ/23 од 21.12.2023. године

У законски прописаном року, од стране „Medicom“ д.о.о. Бијељина, ул. Саве Шумановића бр. 89 је на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 7723-7-ОДУ/23 од 21.12.2023. године у отвореном поступку јавне набавке роба – медицинска опрема и инструменти за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој (Обавјештење о набавци број 704-1-1-398-3-286/23, које је објављено на Порталу јавних набавки БиХ 15.11.2023. године), изјављена је Жалба број 2754/23 од 29.12.2023. године.

Уговорни орган је прихватио жалбу у цјелости Рјешењем број 7723-ОЖ/23 од 10.01.2024. године, чиме је Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 7723-7-ОДУ/23 од 21.12.2023. године ставио ван снаге и понуђаче у наведеном поступку обавијестио да ће поступак јавне набавке за Лот 7 вратити у фазу поновног прегледа и оцјене понуда.

Комисија је поновном евалуацијом понуда извршила увид у комплетну документацију и каталог који је доставио понуђач „МЕДИЕТИК“ д.о.о. Бања Лука. Поновним прегледом понуде и достављеног каталога понуђача „МЕДИЕТИК“ д.о.о. Бања Лука уочено је да се тендерском документацијом за Лот 7 тражи:

- „величина ласерског печата за моноспот 50-400 μm “ док у понуди пише да је величина ласерског печата 50-500 μm .
- „величина ласерског печата за мултиспот 100-400 μm “ док у понуди пише да је величина ласерског печата 50-400 μm .
- „контроле поставке путем екрана осјетљивог на додир или преко аналогног управљачког точка“ у понуди нигдје није видљиво да је обиљежена минимално захтјевана техничка карактеристика.
- „укључена шпалт лампа са мултиспот адаптером и електрични сточић“ док у понуди ове карактеристике нису обиљежене у складу са захтјевима тендерске документације, нити се из самог каталога може утврдити да понуђено одговара захтјеваном.

Сходно горе наведеном понуда понуђача „МЕДИЕТИК“ д.о.о. Бања Лука за Лот 7 је неприхватљива јер не испуњава захтјеве у погледу техничке спецификације, те наведени понуђач није стекао статус квалификованог понуђача за наведени Лот.

У складу са напријед наведеним, Комисија је дала препоруку директору ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, да се отворени поступак јавне набавке роба број 7723/23 – медицинска опрема и инструменти за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, за Лот 7 – Ласер за третман задњег сегмента ока, поништи у складу са чланом 69. став (2) тачка д), Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и поново проведе.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Медиетик“ д.о.о. Бања Лука
2. „Medicom“ д.о.о. Бијељина
3. Тендерска документација
4. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
5. Архива

Директор

Младен Гајић
Младен Гајић, мр економије