

**Број: 630-ОПП/24**  
**Добој, 01.03.2024. године**

На основу члана 25, 68, 69. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 630-И-ЗК/24 од 27.02.2024. године), в.д. директора ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

## **О Д Л У К У**

### **о поништењу поступка јавне набавке за Лот 7 – Компресорски инхалатори**

#### **I**

**Прихвата се препорука** Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 630-И-ЗК/24 од 27.02.2024. године да се поступак јавне набавке роба – медицинска опрема и инструменти за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, за Лот 7 – Компресорски инхалатори поништи у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), јер није достављена ниједна прихватљива понуда.

#### **II**

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачу који је благовремено доставио понуду у предметном отвореном поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

#### **III**

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачу који је благовремено доставио понуду у предметном отвореном поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

## **Образложење**

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 630/24 од 27.02.2024. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Процијeњена вриједност набавке за Лот 7 износи 3.500,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовао Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 630-РК/24 од 09.02.2024. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-35-3-51/24 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 26.01.2024. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 8 од 02.02.2024. године.

Дана 16.02.2024. године у 12<sup>00</sup> часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да је понуду за Лот 7 – Компресорски инхалатор доставио следећи понуђач:

1. „Призма БЛ“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде са попустом без ПДВ-а 3.500,00 КМ и роком плаћања од 60 дана од датума фактурисања.

Комисија за јавне набавке је увидом достављену понуду понуђача „Призма БЛ“ д.о.о. Бања Лука за Лот 7, утврдила да наведени понуђач није доставио каталог како је то захтијevano тачком 5.4.2. б) предметне тендерске документације. Понуђач је доставио Упутство за руковање. Поред наведеног понуђач је у складу са тачком 5.4.2. а) био дужан да у достављеном каталогу обиљежи испуњење сваке захтијеване техничке карактеристике, а што понуђач није урадио ни на достављеном Упутству за руковање. Предметном тендерском документацијом тражено је доказивање сваке захтијеване техничке карактеристике док ни у достављеном Упутству за руковање које је доставио понуђач „Призма БЛ“ д.о.о. Бања Лука те карактеристике нису видљиве.

Наиме, предметном тендерском документацијом је тражен Компресорски инхалатори са карактеристикама које нису видљиве ни у достављеном Упутству за руковање:

- тип компресора: клипни компресор
- максимални притисак: 350 кРа,
- радни притисак: 0-130 кРа,
- проток ваздуха: минимално 15 l/min,
- капацитет резервоара: минимално 16 ml,
- респирабилна запремина: < 5  $\mu$ m 80%,
- степен распршивања: 0,35 ml/ min (60 кРа)-0,80 ml/min(130 кРа)
- резидуална запремина: максимално 0,7 ml.

Потврда Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава је достављена као обична копија документа.

На основу горе наведеног, понуђач „Призма БЛ“ д.о.о. Бања Лука није стекао статус квалификованог понуђача и његова понуда је неправилна зато што не испуњава захтјеве Уговорног органа у погледу техничке спецификације.

На основу свега напријед наведеног, Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке дала је приједлог директору ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој да се предметни поступак јавне набавке за Лот 7 – Компресорски инхалатори складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) поништи и поново проведе.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

#### Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Призма БЛ“ д.о.о. Бања Лука
2. Тендерска документација
3. Главни информатичар  
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
4. Архива

в.д. Директора

*Младен Гајић*  
Младен Гајић, мр економије