

BROJ PROTOKOLA: 7007-1/20

**POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM
POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O
NABAVCI**

**Oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju
medicinskih gasova
u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju
u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj**

Doboj, novembar 2020. godine

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: **Javna zdravstvena ustanova Bolnica „Sveti apostol Luka“**
Adresa: **Pop Ljubina bb**
IDB/JIB: **4400044160008**
Telefon: **053/241-022**
Faks: **053/242-799**
Web adresa: <http://www.bolnicadoboj.com/>

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: **Dragan Radić, ekonomista**
Telefon: **053/241-213**
Faks: **053/241-213**
e-mail: javne.nabavke@bolnicadoboj.com

3. Popis privrednih subjekata sa kojim su ugovorni organi u sukobu interesa

U skladu sa članom 52. Zakona ne postoje privredni subjekti s kojima JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboje ne smije sklapati ugovore/okvirne sporazume o javnoj nabavci (u svojstvu ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovarača odabranog ponuđača).

4. Podaci o postupku javne nabavke

- 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: **Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci**
- 5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a): **203.500,00 KM**
- 5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci : **Roba**
- 5.4. **Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma**

PODACI O PREDMETU NABAVKE

5. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka roba – oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju medicinskih gasova u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboje.

Oznaka i naziv iz JRJN: 42996600-0 – Oprema za snabdijevanje kiseonikom

Predmet nabavke je podijeljen na 3 (tri) Lot-a:

- Lot 1 – Automatska regulaciona dvostepena stanica za medicinski kiseonik,
- Lot 2 – Regulatori sa višekratnim ovlaživačem i maskom za medicinski kiseonik i
- Lot 3 - Razvod mreže za medicinske gasove.

Usluga montaže, instalacije, testiranje i puštanje u rad predmetne opreme kao i edukacija osoblja koje će raditi sa opremom mora biti sadržana u cijeni koju dostave zainteresovani ponuđači.

U skladu sa evropskom direktivom 93/42/EEC, koja se odnosi na medicinske uređaje, i standardima BAS EN ISO 7396-1, BAS poglavlje 4.4, oprema i materijal koji su predmet ove nabavke moraju imati ateste proizvođača da su za medicinsku upotrebu. CE-znak ili domaći znak usaglašenosti, obavezan je na isporučenoj opremi. Oprema se isporučuje potpuno odmašćena, sa atestima o kompatibilnosti za rad sa medicinskim gasovima, specijalno upakovana i zaptivena.

Garantni rok za isporučenu opremu i materijale mora da bude minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od datuma instalacije i puštanja opreme u rad.

U slučaju kvara opreme u garantnom roku izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi ovlašćenog servisera koji će izvršiti defektažu kvara u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa od datuma obavještenja o kvaru. Svi troškovi otklanjanja kvarova na opremi u garantnom roku padaju na teret ponuđača, a odnose se na sve vrste kvarova nastalih na bilo koji način, osim namjernim mehaničkim oštećenjem.

Rok za otklanjanje bilo kojeg kvara je maksimalno 7 radnih dana računajući od dolaska ovlašćenog servisera ponuđača i utvrđivanja defektaže kvara. Ukoliko serviser u ostavljenom roku ne može da otkloni kvar, ponuđač je obavezan da za svaki kvar opreme u garantnom roku za koji odgovornost ne snosi ugovorni organ, produži garantni rok na opremu za vremenski period koji protekne od dana prijave kvara do dana kada je kvar otklonjen.

Ukoliko se kvar ne može otkloniti u predviđenom maksimalnom roku od 7 dana i oprema dovesti u funkcionalno stanje, ponuđač je obavezan da obezbijedi zamjensku opremu istih ili boljih karakteristika.

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je u garantnom roku da obezbjeđuje sve intervencije: preventivno i redovno održavanje-servisiranje sa rezervnim dijelovima, usluge servisa za sve vrste kvarova nastalih na bilo koji način osim namjernim mehaničkim oštećenjem i rezervne dijelove za otklanjanje kvarova bez novčane nadoknade za usluge, utrošeni materijal i rezervne dijelove.

Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena ponude.

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot, više ili sve lotove. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda (u odvojenim kovertama). U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano tehničkom specifikacijom. Cijena se obavezno posebno navodi za svaki ponuđeni lot. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. U obrascu za cijenu ponude ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0.

Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje sa više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene sve njegove ponude za taj lot. Ponuđač koji samostalno dostavlja ponudu ne može istovremeno da učestvuje i u zajedničkoj ponudi. U navedenom slučaju Ugovorni organ će odbaciti i samostalnu ponudu i ponudu grupe ponuđača.

Ponuđač koji dostavlja ponudu mora dostaviti ponudu za sve tražene stavke u lotu u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nekompletna.

Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje ponuđač dostavlja u posebnim kovertama na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi. Ponuđač može više zapakovanih lotova (koverti) staviti u jednu zajedničku kovertu na kojoj će naznačiti koje lotove koverta sadrži.

Uslovi i način plaćanja: Rok plaćanja u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

Rok isporuke predmetne opreme i materijala ne može biti duži od 10 (deset) dana od datuma stupanja ugovora na snagu.

Ugovor se zaključuje na period do isteka garantnog roka za predmet nabavke.

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a naročito:

- a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba,
- b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi,
- c) sve pripadajuće indirektno poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen,
- d) cijenu prevoza,
- e) osiguranje,
- f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD i
- g) drugi troškovi.

6. Mjesto isporuke

Mjesto isporuke: fco JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ na adresi Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

7. Uslovi za kvalifikaciju

Ponudač je uz ponudu dužan dostaviti sledeće dokaze:

- a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao kopija. (Dostaviti original dokument ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od datuma dostavljanja ponude).
- b) Ponudač je obavezan dostaviti Pismo autorizacije proizvođača potpisano i ovjereno od strane odgovorne osobe proizvođača, na kojoj mora biti navedeno da je ponudač ovlašćen za zastupanje proizvođača na teritoriji BiH, kao i prodaju i instalaciju njegovih proizvoda, puštanje u rad i servisiranje tokom i nakon garancije. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija ovjerena od strane nadležne institucije, s tim da datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.
- c) Pismena Izjava ponuđača da u radnom odnosu ima minimum 2 (dva) zaposlena radnika koja su od strane proizvođača ponuđene opreme obučena za instalaciju i održavanje postrojenja za medicinske gasove u skladu sa važećim standardima. Dokazi: Dostaviti kopije sertifikata izdate od strane proizvođača da je radnik pohađao i uspješno završio obuku za instalaciju i održavanje postrojenja za medicinske gasove u skladu sa važećim standardima.
- d) Pismena Izjava ponuđača da u garantnom periodu prihvata sve intervencije: preventivno i redovno održavanje sa rezervnim dijelovima, usluge servisa za sve vrste kvarova nastalih na bilo koji način osim namjernim mehaničkim oštećenjem i rezervne dijelove za otklanjanje kvarova bez novčane nadoknade za usluge, utrošeni materijal i rezervne dijelove. (Dostaviti original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset) dana računajući od datuma dostavljanja ponude).
- e) Pismena Izjava ponuđača da ima obezbjeđen servis za održavanje opreme iz predmeta javne nabavke u toku i nakon isteka garantnog perioda. (Dostaviti original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset) dana računajući od datuma dostavljanja ponude).

8. Predmetni pregovarački postupak podjeljen je u tri faze, kako slijedi:

Faza broj 1 - predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće i dostavljaju zahtijevanu dokumentaciju za učešće u predmetnom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora.

Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacione uslove i pismenim putem poziva kandidate da dostave svoje početne ponude.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza broj 2 - poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ ovim pozivom šalje poziv i za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Ponuđači su obavezni da dostave početne ponude, jer će se po dostavljanju istih voditi pregovori o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora.

Pregovori će se voditi telefonskim putem sa svakim ponuđačem. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

Faza broj 3 - poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora, ugovorni organ upućuje poziv za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu.

9. Način dostavljanja zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen u ugovornom organu, do datuma i vremena i na adresu navedenu u Pozivu za učešće u predmetnom pregovaračkom postupku. Svi zahtjevi za učešće zaprimljeni nakon tog vremena su neblagovremeni i kao takvi, neotvoreni će biti vraćeni ponuđaču.

Zahtjev za učešće se predaje na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj omotnici na kojoj na prednjoj strani, mora biti navedeno:

**JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj
ul. Pop Ljubina bb
74 000 Doboj**

**Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku – oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju medicinskih gasova u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj
Broj nabavke: 7007-1/20
„NE OTVARAJ“**

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede sljedeće:
Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

Zahtjev za učešće se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se **ukoričena knjiga ili ponuda osigurana jemstvenikom i zaštićena pečatnim voskom ili vinjetom (naljepnicom)**. Dijelove kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Zahtjev za učešće neće biti odbačen ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

OSTALE INFORMACIJE

10. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće:

Ugovorni organ: **JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“**

Ulica i broj: **Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj**

Soba broj: **Protokol Bolnice**

Datum: **do 25.11.2020. godine.**

Vrijeme do kada se primaju: **do 09⁰⁰ časova.**

Dokumentacija zaprimljena nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće se vraća neotvorena ponuđačima. Ponuđači koji zahtjev za učešće dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

Kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ, će biti pozvani pismenim putem da dostave početne ponude i učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora.

Nakon zaključenja pregovora, ugovorni organ upućuje poziv za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. **Ponuđači konačnu ponudu mogu dostaviti odmah uz početnu ponudu.**

11. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju zahtjev za učešće, a koji sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl.45-51 Zakona).

Ako kandidat/ponuđač, kao povjerljive, označi podatke koji prema odredbama člana 11. stav (1) Zakona ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Ponuđači moraju dostaviti Spisak povjerljivih informacija popunjen u skladu sa Aneksom 6 Poziva za učešće u predmetnom pregovaračkom postupku. Ukoliko ponuđač nema informacije koje se smatraju povjerljivim, dužan je u Aneksu 6 precrtati sve rubrike i navedeni dokument ovjeriti potpisom ovlaštene osobe i pečatom firme.

12. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. U svrhu poređenja ponuda, Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.

Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci robe, najmanje 50% vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg u predmetnom postupku, ponuđači su dužni dostaviti potvrdu nadležne institucije u BiH kojom se dokazuje da je najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Tražena potvrda mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijom od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

13. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće

Do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće ponuđač može izvršiti izmjenu ili dopuniti zahtjev, na način da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke i to:

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“

ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj

Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku – oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju medicinskih gasova u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

Broj nabavke: 7007-1/20

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

14. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku navedenom u članu 101. važećeg Zakona o javnim nabavkama BiH.

OBRAZAC ZA POČETNU PONUDU – Lot 1**Broj nabavke: 7007-1/20****UGOVORNI ORGAN:** JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj**PONUĐAČ:** _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)**ADRESA PONUĐAČA:** _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUDAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke roba dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **7007-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za Lot 1 bez PDV-a je _____ KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude za Lot 1 je _____ KM
Cijena naše ponude za Lot 1 sa uključenim popustom je _____ KM
PDV na cijenu ponude za Lot 1 (sa uračunatim popustom) _____ KM
Ukupna cijena za ugovor za Lot 1 sa PDV-om je _____ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše početne ponude za Lot 1, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu početne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu početne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti predmetnih roba su iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

(da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana) _____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE - Lot 1

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Lot 1 - Automatska regulaciona dvostepena stanica za medicinski kiseonik

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.	<p>1.1 Isporuka i instalacija automatske dvostepene redukcione stanice za kiseonik APR180 kao glavni izvor kiseonika kapaciteta 180 Nm³/h, ulaznog pritiska max. 220 bar, izlaznog pritiska 5-5,5 bar, prethodno namontirana i ispitana, u zaštitnom kućištu za montažu "na zid", koja se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulaznih/izlaznih priključaka za kiseonik, - redukcioni ventila I stepena lijeve i desne grane, sa ugrađenim sigurnosnim ventilima 10 bar, - elektrodavača pritiska za potrebe signalizacije, - zapornih organa, loptastih slavina, - mikroprocesora sa LCD-displejom i - relejnog modula za transfer signala. <p><u>Dodatni zahtjevi:</u> Potpuno automatska redukciona tabla za KISEONIK treba da bude u skladu sa BAS EN ISO 7396-1 i Evropskom direktivom 93/42/EEC, elektronski kontrolisana, opremljena integrisanim mikroprocesorskim elektronskim sistemom koji kontroliše i nadgleda sistem prebacivanja kolektorskih grana i prikazuje radna stanja i alarmne poruke. Elektronska kontrolna jedinica treba da omogući kompletno upravljanje alarmima i njihovo slanje do nekoliko spoljnih alarmnih sistema, alarmni log-fajl sa štampanjem datuma i vremena pojave svake alarmne poruke. Sve izmjerene vrijednosti, poruke i alarmi treba da budu prikazani na osvijetljenom grafičkom displeju o obliku teksta. Svaka poruka se direktno prikazuje na displeju i učitava u log-fajl radi kasnijeg pregledanja. Nivo alarma treba da se dodatno prikaže vizuelno LED-lampicama u boji i zvučnim signalom. Elektronska kontrolna jedinica treba da bude integrisana u Centralni sistem upravljanja objektom (BMS).</p>	kom.	1		
	1.2 Kolektorske cijevi-rampe 10+10 boca (za po 5 boca)	komplet	1		

	1.3	Bakarne vezice za povezivanje boca sa rampom	kom.	20		
	1.4	Držači boca (za po 5 boca)	kom.	4		
	1.5	Rasteretni ventil	kom.	2		
	1.6	Izrada šema i uputstva za rad i uputstva o primjeni propisanih mjera bezbjednosti i zaštite pri radu sa opremom u stanici kiseonika i postupcima u slučaju opasnosti od požara i eksplozije, uramljivanje i postavljanje na zid, na vidnom mjestu u stanici.	kpl.	1		
	1.7	Izrada i postavljanje tabli upozorenja u stanici kiseonika: <ul style="list-style-type: none"> • T1 STANICA KISEONIKA • T2 OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE • T3 ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIM LICIMA • T4 ZABRANJEN RAD SA ALATOM KOJI VARNIČI • T5 ZABRANJEN RAD SA ZAMAŠĆENIM RUKAMA, ODJEĆOM I ALATOM • T6 PUNE BOCE • T7 PRAZNE BOCE 	kom.	7		
2.	2.1	Isporuka i instalacija automatske dvostepene redukcione stanice za kiseonik APR100 kao glavni izvor kiseonika kapaciteta 100 Nm ³ /h, ulaznog pritiska max. 220 bar, izlaznog pritiska 5-5,5 bar, prethodno namontirana i ispitana, u zaštitnom kućištu za montažu "na zid", koja se sastoji od: <ul style="list-style-type: none"> - ulaznih/izlaznih priključaka za kiseonik - redukcioni ventila I stepena lijeve i desne grane, sa ugrađenim sigurnosnim ventilima 10 bar, - elektrodavača pritiska za potrebe signalizacije, - zapornih organa, loptastih slavina, - mikroprocesora sa LCD-displejom i - relejnog modula za transfer signala. <p><u>Dodatni zahtjevi:</u> Potpuno automatska redukciona tabla za KISEONIK treba da bude u skladu sa BAS EN ISO 7396-1 i Evropskom direktivom 93/42/EEC, elektronski kontrolisana, opremljena integrisanim mikroprocesorskim elektronskim sistemom koji kontroliše i nadgleda sistem prebacivanja kolektorskih grana i prikazuje radna stanja i alarmne poruke. Elektronska kontrolna jedinica treba da omogući kompletno upravljanje alarmima i njihovo slanje do nekoliko spoljnih alarmnih sistema, alarmni log-fajl sa štampanjem datuma i vremena pojave svake alarmne poruke. Sve izmjerene vrijednosti, poruke i alarmi treba da budu prikazani na osvijetljenom grafičkom displeju o obliku teksta. Svaka poruka se direktno prikazuje na displeju i učitava u log-fajl radi kasnijeg pregledanja.</p>	kom.	1		

	Nivo alarma treba da se dodatno prikaže vizuelno LED-lampicama u boji i zvučnim signalom. Elektronska kontrolna jedinica treba da bude integrisana u Centralni sistem upravljanja objektom (BMS).				
2.2	Kolektorske cijevi-rampe 5+5 boca (za po 5 boca)	komada	2		
2.3	Bakarne vezice za povezivanje boca sa rampom	kom.	10		
2.4	Držači boca (za po 5 boca)	kom.	2		
2.5	Rasteretni ventil	kom.	2		
2.6	Izrada šema i uputstva za rad i uputstva o primjeni propisanih mjera bezbjednosti i zaštite pri radu sa opremom u stanici kiseonika i postupcima u slučaju opasnosti od požara i eksplozije, uramljivanje i postavljanje na zid, na vidnom mjestu u stanici.	kpl.	1		
2.7	Izrada i postavljanje tabli upozorenja u stanici kiseonika: <ul style="list-style-type: none"> • T1 STANICA KISEONIKA • T2 OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE • T3 ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIM LICIMA • T4 ZABRANJEN RAD SA ALATOM KOJI VARNIČI • T5 ZABRANJEN RAD SA ZAMAŠĆENIM RUKAMA, ODJEĆOM I ALATOM • T6 PUNE BOCE • T7 PRAZNE BOCE 	kom.	7		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a					
Popust /ako ga ima/ u KM					
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a					

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok isporuke: _____ (ne duži od 10 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok: _____ (ne kraći od 12 mjeseci od datuma instalacije i puštanja u rad).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE za Lot 1 mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašteno za potpis.

OBRAZAC ZA KONAČNU PONUDU – Lot 1

Broj nabavke: 7007-1/20

UGOVORNI ORGAN: JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj

PONUDAČ: _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)ADRESA PONUĐAČA: _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke roba dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **7007-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za Lot 1 bez PDV-a je _____KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude za Lot 1 je _____KM
Cijena naše ponude za Lot 1 sa uključenim popustom je _____KM
PDV na cijenu ponude za Lot 1 (sa uračunatim popustom) _____KM
Ukupna cijena za ugovor za Lot 1 sa PDV-om je _____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše konačne ponude za Lot 1, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu konačne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu konačne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti predmetnih roba su iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

_____ (da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana) _____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE – Lot 1

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Lot 1 - Automatska regulaciona dvostepena stanica za medicinski kiseonik

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.	<p>1.1 Isporuka i instalacija automatske dvostepene redukcionne stanice za kiseonik APR180 kao glavni izvor kiseonika kapaciteta 180 Nm³/h, ulaznog pritiska max. 220 bar, izlaznog pritiska 5-5,5 bar, prethodno namontirana i ispitana, u zaštitnom kućištu za montažu "na zid", koja se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulaznih/izlaznih priključaka za kiseonik, - redukcionih ventila I stepena lijeve i desne grane, sa ugrađenim sigurnosnim ventilima 10 bar, - elektrodavača pritiska za potrebe signalizacije, - zapornih organa, loptastih slavina, - mikroprocesora sa LCD-displejom i - relejnog modula za transfer signala. <p><u>Dodatni zahtjevi:</u> Potpuno automatska redukciona tabla za KISEONIK treba da bude u skladu sa BAS EN ISO 7396-1 i Evropskom direktivom 93/42/EEC, elektronski kontrolisana, opremljena integrisanim mikroprocesorskim elektronskim sistemom koji kontroliše i nadgleda sistem prebacivanja kolektorskih grana i prikazuje radna stanja i alarmne poruke. Elektronska kontrolna jedinica treba da omogući kompletno upravljanje alarmima i njihovo slanje do nekoliko spoljnih alarmnih sistema, alarmni log-fajl sa štampanjem datuma i vremena pojave svake alarmne poruke. Sve izmjerene vrijednosti, poruke i alarmi treba da budu prikazani na osvijetljenom grafičkom displeju o obliku teksta. Svaka poruka se direktno prikazuje na displeju i učitava u log-fajl radi kasnijeg pregledanja. Nivo alarma treba da se dodatno prikaže vizuelno LED-lampicama u boji i zvučnim signalom. Elektronska kontrolna jedinica treba da bude integrisana u Centralni sistem upravljanja objektom (BMS).</p>	kom.	1		
	1.2 Kolektorske cijevi-rampe 10+10 boca (za po 5 boca)	komplet	1		

	1.3	Bakarne vezice za povezivanje boca sa rampom	kom.	20		
	1.4	Držači boca (za po 5 boca)	kom.	4		
	1.5	Rasteretni ventil	kom.	2		
	1.6	Izrada šema i uputstva za rad i uputstva o primjeni propisanih mjera bezbjednosti i zaštite pri radu sa opremom u stanici kiseonika i postupcima u slučaju opasnosti od požara i eksplozije, uramljivanje i postavljanje na zid, na vidnom mjestu u stanici.	kpl.	1		
	1.7	Izrada i postavljanje tabli upozorenja u stanici kiseonika: <ul style="list-style-type: none"> • T1 STANICA KISEONIKA • T2 OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE • T3 ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIM LICIMA • T4 ZABRANJEN RAD SA ALATOM KOJI VARNIČI • T5 ZABRANJEN RAD SA ZAMAŠČENIM RUKAMA, ODJEĆOM I ALATOM • T6 PUNE BOCE • T7 PRAZNE BOCE 	kom.	7		
2.	2.1	Isporuka i instalacija automatske dvostepene redukcione stanice za kiseonik APR100 kao glavni izvor kiseonika kapaciteta 100 Nm ³ /h, ulaznog pritiska max. 220 bar, izlaznog pritiska 5-5,5 bar, prethodno namontirana i ispitana, u zaštitnom kućištu za montažu "na zid", koja se sastoji od: <ul style="list-style-type: none"> - ulaznih/izlaznih priključaka za kiseonik - redukcioni ventila I stepena lijeve i desne grane, sa ugrađenim sigurnosnim ventilima 10 bar, - elektrodavača pritiska za potrebe signalizacije, - zapornih organa, loptastih slavina, - mikroprocesora sa LCD-displejom i - relejnog modula za transfer signala. <p><u>Dodatni zahtjevi:</u> Potpuno automatska redukciona tabla za KISEONIK treba da bude u skladu sa BAS EN ISO 7396-1 i Evropskom direktivom 93/42/EEC, elektronski kontrolisana, opremljena integrisanim mikroprocesorskim elektronskim sistemom koji kontroliše i nadgleda sistem prebacivanja kolektorskih grana i prikazuje radna stanja i alarmne poruke. Elektronska kontrolna jedinica treba da omogući kompletno upravljanje alarmima i njihovo slanje do nekoliko spoljnih alarmnih sistema, alarmni log-fajl sa štampanjem datuma i vremena pojave svake alarmne poruke. Sve izmjerene vrijednosti, poruke i alarmi treba da budu prikazani na osvijetljenom grafičkom displeju o obliku teksta. Svaka poruka se direktno prikazuje na displeju i učitava u log-fajl radi kasnijeg pregledanja.</p>	kom.	1		

	Nivo alarma treba da se dodatno prikaže vizuelno LED-lampicama u boji i zvučnim signalom. Elektronska kontrolna jedinica treba da bude integrisana u Centralni sistem upravljanja objektom (BMS).				
2.2	Kolektorske cijevi-rampe 5+5 boca (za po 5 boca)	komada	2		
2.3	Bakarne vezice za povezivanje boca sa rampom	kom.	10		
2.4	Držači boca (za po 5 boca)	kom.	2		
2.5	Rasteretni ventil	kom.	2		
2.6	Izrada šema i uputstva za rad i uputstva o primjeni propisanih mjera bezbjednosti i zaštite pri radu sa opremom u stanici kiseonika i postupcima u slučaju opasnosti od požara i eksplozije, uramljivanje i postavljanje na zid, na vidnom mjestu u stanici.	kpl.	1		
2.7	Izrada i postavljanje tabli upozorenja u stanici kiseonika: <ul style="list-style-type: none"> • T1 STANICA KISEONIKA • T2 OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE • T3 ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIM LICIMA • T4 ZABRANJEN RAD SA ALATOM KOJI VARNIČI • T5 ZABRANJEN RAD SA ZAMAŠĆENIM RUKAMA, ODJEĆOM I ALATOM • T6 PUNE BOCE • T7 PRAZNE BOCE 	kom.	7		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a					
Popust /ako ga ima/ u KM					
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a					

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok isporuke: _____ (ne duži od 10 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok: _____ (ne kraći od 12 mjeseci od datuma instalacije i puštanja u rad).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE za Lot 1 mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašteno za potpis.

OBRAZAC ZA POČETNU PONUDU – Lot 2

Broj nabavke: 7007-1/20

UGOVORNI ORGAN: JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj

PONUĐAČ: _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)ADRESA PONUĐAČA: _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUDAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke roba dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **7007-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za Lot 2 bez PDV-a je _____KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude za Lot 2 je _____KM
Cijena naše ponude za Lot 2 sa uključenim popustom je _____KM
PDV na cijenu ponude za Lot 2 (sa uračunatim popustom) _____KM
Ukupna cijena za ugovor za Lot 2 sa PDV-om je _____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše početne ponude za Lot 2, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu početne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu početne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti predmetnih roba su iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

_____ (da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana) _____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE - Lot 2

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Lot 2 - Regulatori sa višekratnim ovlaživačem i maskom za medicinski kiseonik

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.	Set za medicinski kiseonik (regulator linijski - na utičnicu sa protokom od 30 lit/min, ovlaživač višekratni i maska)	kom.	125		
2.	Set za medicinski kiseonik (regulator za O ₂ bocu sa protokom od 30 lit/min, ovlaživač višekratni i maska)	kom.	65		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a					
Popust /ako ga ima/ u KM					
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a					

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok isporuke: _____ (ne duži od 10 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok: _____ (ne kraći od 12 mjeseci).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE za Lot 2 mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašteno za potpis.

OBRAZAC ZA KONAČNU PONUDU – Lot 2**Broj nabavke: 7007-1/20****UGOVORNI ORGAN:** JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj**PONUĐAČ:** _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)**ADRESA PONUĐAČA:** _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke roba dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **7007-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za Lot 2 bez PDV-a je _____ KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude za Lot 2 je _____ KM
Cijena naše ponude za Lot 2 sa uključenim popustom je _____ KM
PDV na cijenu ponude za Lot 2 (sa uračunatim popustom) _____ KM
Ukupna cijena za ugovor za Lot 2 sa PDV-om je _____ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše konačne ponude za Lot 2, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu konačne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu konačne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti predmetnih roba su iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

_____ (da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana) _____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE – Lot 2

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Lot 2 - Regulatori sa višekratnim ovlaživačem i maskom za medicinski kiseonik

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.	Set za medicinski kiseonik (regulator linijski - na utičnicu sa protokom od 30 lit/min, ovlaživač višekratni i maska)	kom.	125		
2.	Set za medicinski kiseonik (regulator za O ₂ bocu sa protokom od 30 lit/min, ovlaživač višekratni i maska)	kom.	65		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a					
Popust /ako ga ima/ u KM					
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a					

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok isporuke: _____ (ne duži od 10 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok: _____ (ne kraći od 12 mjeseci).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE za Lot 2 mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašteno za potpis.

OBRAZAC ZA POČETNU PONUDU – Lot 3

Broj nabavke: 7007-1/20

UGOVORNI ORGAN: JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj

PONUĐAČ: _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)ADRESA PONUĐAČA: _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUDAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke roba dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **7007-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za Lot 3 bez PDV-a je _____KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude za Lot 3 je _____KM
Cijena naše ponude za Lot 3 sa uključenim popustom je _____KM
PDV na cijenu ponude za Lot 3 (sa uračunatim popustom) _____KM
Ukupna cijena za ugovor za Lot 3 sa PDV-om je _____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše početne ponude za Lot 3, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu početne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu početne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti predmetnih roba su iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

_____ (da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana) _____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE - Lot 3

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Lot 3 – Razvod mreže za medicinske gasove

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM	
1.	1.1	RAZVODNA MREŽA U OBJEKTU „NEUROLOGIJA I PSIHIJARIJA“ Specijalne tvrde bakarne cijevi za medicinske gasove i vakuum, koje ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO 7396-1 i BAS EN 13348 u pogledu kvaliteta i proizvodnog procesa. Sastav treba da zadovolji sledeće zahtjeve: Cu + Ag = min. 99,90 %, 0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %. Ovaj kvalitet bakra označava se ili Cu-DHP ili CW024A. Odmašćene i očišćene iznutra, tako da zaostala masnoća na unutrašnjoj površini ne prelazi 0,02 gr/m ² . Identifikacija treba da bude sprovedena naizmjenično cijelom dužinom trajnim označavanjem dimenzija cijevi, godinom proizvodnje, nazivom proizvođača. Cijevi treba da budu sa krajevima zatvorenim plastičnim čepovima i treba da budu isporučene u dužinama od 5 m. Komplet sa fitinzima i nosačima cjevovoda. Proizvodnja "TONOLI" ili ekvivalent.				
		Ø 12x1,00 mm.	m ¹	200		
		Ø 15x1,00 mm.	m ¹	200		
		Ø 22x1,00 mm.	m ¹	100		
		Ø 28x1,00 mm.	m ¹	50		
1.2	Uslovi za montažu: Tvrdo lemljenje se vrši legurom sa visokim sadržajem srebra (55%), sa tačkom topljenja od 620°C,	paušal	1			

	<p>u skladu sa BAS EN 13133 i BAS EN 13134, uz obavezno korišćenje inertnog gasa unutar cijevi. Pričvršćivanje tipskim obujmicama sa gumenom oblogom, DIN 3016. Ispitivanje i certifikacija razvodne mreže prema BAS EN ISO 7396-1. Cijevni fitinzi (lukovi, T-komadi, reducirani i sl.) izrađeni od bakra kvaliteta kao i cijevi, za montažu i povezivanje cijevi i armature, nosači cijevi, obujmice za vođenje, tiplovi, vijci, obujmice, šelne, materijal za spajanje cijevi, i sl.</p> <p>Probijanje i bušenje otvora u protivpožarnim zidovima, obrada ovih otvora i cijevi, protivpožarno zaptivanje u skladu sa propisima i preporukama i dovodjenje u pređašnje stanje (hilzna, popravka oko otvora, malterisanje, krečenje, itd.).</p> <p>Izrada i montaža nosača cjevovoda obuhvata: - pocinkovani profil 30 x 30 mm, dužina L prema broju cijevi, - anker vijke M8 i tiplovi, 2 kom. po nosaču, - brezon šipke M8, dužina prema položaju nosača i - obujmice, vijke, navrtke, prema broju cijevi.</p>				
1.3	<p>Kontrolna ventilna kasetna AVSU za kontrolu i nadzor pritiska medicinskih gasova, za zatvaranje protoka medicinskih gasova i vakuuma u slučaju opasnosti ili za potrebe održavanja, bez zatvaranja kompletnog sistema.</p> <p>Za slučaj potrebe zatvaranja protoka gasa u slučaju opasnosti, vrata AVSU moraju se otvarati pomoću patentirane bravice za otvaranje koja se udarom izbija iz ležišta.</p> <p>Posle otvaranja, bravica se može vratiti na svoje mjesto jedino uz pomoć ključa, tako da je moguća registracija svakog neovlašćenog otvaranja.</p> <p>Ako centralno snabdijevanje otkáže, mora biti takođe omogućeno priključenje pojedinačnih boca na AVSU obezbjeđujući jedan NIST-priključak za napajanje u slučaju nužde.</p> <p>Ako pritisak odstupa od nominalnog pritiska za više od 20% inicira se klinički alarm opasnosti sa trepćućom crvenom LED lampicom i uz zvučni signal koji se direktno prosleđuje u Centralni sistem upravljanja objekta - BMS preko alarmnog sistemskog interfejsa.</p> <p>Nadzor pritiska gasova se vrši elektronskim senzorima pritiska.</p> <p>Dodatno, pritisak gasova se prati pomoću manometara, nezavisno od napajanja električnom energijom.</p> <p>Proizvodnja "MDSRL" ili ekvivalent.</p> <p><u>Napomena:</u> Montaža kontrolnih ventilskih kasetna AVSU na zid, uključuje pripremu otvora za i ulazne i izlazne cijevi, uključujući povezivanje sa razvodnom mrežom medicinskih gasova i vakuuma i razvodnom mrežom jake i slabe struje. Dovod napojnog kabla 230V i kablova alarmne signalizacije 24V nije uključen u cijenu.</p>	kom.	2		

		Kontrolna ventilska kasetna za 1 gas (O ₂), koja se sastoji od: - 1 nadgradne kutije u zid, 396x396x92 mm, - 1 prednjeg dijela sa vratancima i bravom 452x452 mm, - 1 prednje ploče sa oznakama gasa, - 1 ventilske bloka DN15 za O ₂ – 1 manometar, - 1 davača pritiska za O ₂ , kontakti 4 i 6 bar, - 1 integrisanog alarmnog panela signalizacije i - 1 trafoa 220/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela.				
	1.4	Specijalni mesingani kuglasti ventil, komplet sa navojnim priključcima i krajevima za lemljenje bakarne cijevi, odmašćeni za rad sa medicinskim gasovima, u svemu prema BAS EN19. DN25 PN25	kom.	8		
2.		PRIKLJUČNE UTIČNICE MEDICINSKIH GASOVA				
	2.1	Priključne utičnice za Kiseonik O ₂ . Omogućuju napajanje medicinske opreme medicinskim gasovima i vakuumom iz centralnog sistema snabdijevanja. Pogodne su za montažu u zidove, bolničke svjetiljke, energetske kanale, zidne i plafonske jedinice napajanja, tako da mogu biti korišćene u svim oblastima medicine. Ugrađuju se u nadkrevetne jedinice, stativne i kontrolno ventilske kasete. Standard: DIN 13260. Proizvodnja "MDSRL" ili ekvivalent.	kom.	56		
3.		ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I SERTIFIKACIJA RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA U OBJEKTU „NEUROLOGIJA I PSIHIJARIJA“				
	3.1	Ispitivanje kompletne opreme i cjevovoda posle završene montaže, u skladu sa EN ISO 7396-1, ovim projektom i instrukcijama i uputstvima proizvođača. Rezultati ispitivanja treba da budu u pisanoj formi.	paušal	1		
	3.2	Primopredaja i puštanje u probni rad od minimum mjesec dana, kompletno montirane i ispitane opreme i cjevovoda, a do izvršenja zakonskog tehničkog prijema, uključujući obuku i provjeru znanja predviđene radne snage za rukovanje i održavanje instalacijom, sa izdavanjem uvjerenja o obučenosti.	paušal	1		
	3.3	Certifikacija kompletne instalacije i predaja Naručiocu radova na trajnu upotrebu, uključujući sledeća uputstva i dokumentaciju: - dokumenta o porijeklu opreme, - set crteža "izvedenog stanja", - uputstva za rad, - uputstva za preporučena održavanja, - lista preporučenih rezervnih dijelova i	paušal	1		

	<p>- ostale operativne upravljačke informacije. Obavezna izrada Zapisnika o primopredaji.</p> <p><u>Napomena:</u> Obezbjedenje medicinskih gasova i ambalaže za probni rad opreme: - boce za komprimovani kiseonik i - boce za komprivirani vazduh, obezbjeduje Naručilac radova u dogovoru sa Izvođačem radova i isporučiocem medicinskih gasova.</p>				
4.	<p>POMOĆNI PRIZEMNI OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ STANICE ZA KISEONIK</p> <p><u>Konstrukcija</u> Horizontalne dimenzije pomoćnog objekta su 440x312 cm Objekat se temelji na temeljnim stopama dimenzija 60x60x50cm. Dubina fundiranja je 70-80 cm. ispod kote tla. Nosiva konstrukcija je od drvenih stubova presjeka 12/12cm. i 12/14cm. Drveni stubovi se postavljaju na čelične čašice. Kompletna drvena konstrukcija se impregnira sredstvima protiv atmosferskih uticaja i štetočina. Zatvaranje objekta vrši se fasadnim termopanelima debljine 5cm, sa ispunom od poliuretanske pjene. Krov je jednovodan, krovna konstrukcija drvena od kvalitetne četinarske građe, a pokrivač lim. Nagib krova je 15°. Svi konstruktivni elementi objekta su predviđeni u skladu sa važećim standardima i propisima.</p> <p><u>Obrada</u> Prostorije su bez završne podne obloge, jer se asfaltna podloga zadržava kao završni podni sloj. Zidovi se ne obrađuju sa unutrašnje i spoljne strane, jer je fasadni termopanel i završna obrada zida. U vanjske otvore ugrađuju se metalna vrata sa ventilacionim otvorima, sve po izboru investitora. Odvodnja atmosferske vode je omogućena putem horizontalnih i vertikalnih oluka od bojenog lima.</p> <p><u>Instalacije</u> U objektu su predviđene elektroinstalacije, kao i gromobranske instalacije sa polaganjem uzemljivača ili sondiranjem.</p>	kom.	2		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a					
Popust /ako ga ima/ u KM					
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a					

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok isporuke: _____ (ne duži od 10 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok: _____ (ne kraći od 12 mjeseci).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE za Lot 3 mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis.

OBRAZAC ZA KONAČNU PONUDU – Lot 3

Broj nabavke: 7007-1/20**UGOVORNI ORGAN:** JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj**PONUĐAČ:** _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)**ADRESA PONUĐAČA:** _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke roba dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **7007-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za Lot 3 bez PDV-a je _____KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude za Lot 3 je _____KM
Cijena naše ponude za Lot 3 sa uključenim popustom je _____KM
PDV na cijenu ponude za Lot 3 (sa uračunatim popustom) _____KM
Ukupna cijena za ugovor za Lot 3 sa PDV-om je _____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše konačne ponude za Lot 3, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu konačne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu konačne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti predmetnih roba su iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

_____ (da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana) _____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE – Lot 3

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Lot 3 – Razvod mreže za medicinske gasove

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM	
1.	1.1	RAZVODNA MREŽA U OBJEKTU „NEUROLOGIJA I PSIHIJARIJA“				
		Specijalne tvrde bakarne cijevi za medicinske gasove i vakuum, koje ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO 7396-1 i BAS EN 13348 u pogledu kvaliteta i proizvodnog procesa. Sastav treba da zadovolji sledeće zahtjeve: Cu + Ag = min. 99,90 %, 0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %. Ovaj kvalitet bakra označava se ili Cu-DHP ili CW024A. Odmašćene i očišćene iznutra, tako da zaostala masnoća na unutrašnjoj površini ne prelazi 0,02 gr/m ² . Identifikacija treba da bude sprovedena naizmjenično cijelom dužinom trajnim označavanjem dimenzija cijevi, godinom proizvodnje, nazivom proizvođača. Cijevi treba da budu sa krajevima zatvorenim plastičnim čepovima i treba da budu isporučene u dužinama od 5 m. Komplet sa fitinzima i nosačima cjevovoda. Proizvodnja "TONOLI" ili ekvivalent.				
		Ø 12x1,00 mm.	m ¹	200		
		Ø 15x1,00 mm.	m ¹	200		
		Ø 22x1,00 mm.	m ¹	100		
	Ø 28x1,00 mm.	m ¹	50			
1.2	Uslovi za montažu:	paušal	1			

	<p>Tvrdo lemljenje se vrši legurom sa visokim sadržajem srebra (55%), sa tačkom topljenja od 620°C, u skladu sa BAS EN 13133 i BAS EN 13134, uz obavezno korišćenje inertnog gasa unutar cijevi. Pričvršćivanje tipskim obujmicama sa gumenom oblogom, DIN 3016. Ispitivanje i certifikacija razvodne mreže prema BAS EN ISO 7396-1. Cijevni fitinzi (lukovi, T-komadi, reduciri i sl.) izrađeni od bakra kvaliteta kao i cijevi, za montažu i povezivanje cijevi i armature, nosači cijevi, obujmice za vođenje, tiplovi, vijci, obujmice, šelne, materijal za spajanje cijevi, i sl.</p> <p>Probijanje i bušenje otvora u protivpožarnim zidovima, obrada ovih otvora i cijevi, protivpožarno zaptivanje u skladu sa propisima i preporukama i dovodenje u pređašnje stanje (hilzna, popravka oko otvora, malterisanje, krečenje, itd.).</p> <p>Izrada i montaža nosača cjevovoda obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pocinkovani profil 30 x 30 mm, dužina L prema broju cijevi, - anker vijke M8 i tiplovi, 2 kom. po nosaču, - brezon šipke M8, dužina prema položaju nosača i - obujmice, vijke, navrtke, prema broju cijevi. 				
1.3	<p>Kontrolna ventilaska kasetna AVSU za kontrolu i nadzor pritiska medicinskih gasova, za zatvaranje protoka medicinskih gasova i vakuuma u slučaju opasnosti ili za potrebe održavanja, bez zatvaranja kompletnog sistema.</p> <p>Za slučaj potrebe zatvaranja protoka gasa u slučaju opasnosti, vrata AVSU moraju se otvarati pomoću patentirane bravice za otvaranje koja se udarom izbija iz ležišta.</p> <p>Posle otvaranja, bravica se može vratiti na svoje mjesto jedino uz pomoć ključa, tako da je moguća registracija svakog neovlašćenog otvaranja.</p> <p>Ako centralno snabdijevanje otkáže, mora biti takođe omogućeno priključenje pojedinačnih boca na AVSU obezbjeđujući jedan NIST-priključak za napajanje u slučaju nužde.</p> <p>Ako pritisak odstupa od nominalnog pritiska za više od 20% inicira se klinički alarm opasnosti sa trepćućom crvenom LED lampicom i uz zvučni signal koji se direktno prosleđuje u Centralni sistem upravljanja objekta - BMS preko alarmnog sistemskog interfejsa.</p> <p>Nadzor pritiska gasova se vrši elektronskim senzorima pritiska.</p> <p>Dodatno, pritisak gasova se prati pomoću manometara, nezavisno od napajanja električnom energijom.</p> <p>Proizvodnja "MDSRL" ili ekvivalent.</p> <p><u>Napomena:</u></p> <p>Montaža kontrolnih ventilskih kasetna AVSU na zid, uključuje pripremu otvora za i ulazne i izlazne cijevi, uključujući povezivanje sa razvodnom mrežom medicinskih gasova i vakuuma i razvodnom mrežom jake i slabe struje.</p> <p>Dovod napojnog kabla 230V i kablova alarmne signalizacije 24V nije uključen u cijenu.</p>	kom.	2		

		Kontrolna ventilska kasete za 1 gas (O ₂), koja se sastoji od: - 1 nadgradne kutije u zid, 396x396x92 mm, - 1 prednjeg dijela sa vratancima i bravom 452x452 mm, - 1 prednje ploče sa oznakama gasa, - 1 ventilske bloka DN15 za O ₂ – 1 manometar, - 1 davača pritiska za O ₂ , kontakti 4 i 6 bar, - 1 integrisanog alarmnog panela signalizacije i - 1 trafoa 220/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela.				
	1.4	Specijalni mesingani kuglasti ventil, komplet sa navojnim priključcima i krajevima za lemljenje bakarne cijevi, odmašćeni za rad sa medicinskim gasovima, u svemu prema BAS EN19. DN25 PN25	kom.	8		
	2.	PRIKLJUČNE UTIČNICE MEDICINSKIH GASOVA				
	2.1	Priključne utičnice za Kiseonik O ₂ . Omogućuju napajanje medicinske opreme medicinskim gasovima i vakuumom iz centralnog sistema snabdijevanja. Pogodne su za montažu u zidove, bolničke svjetiljke, energetske kanale, zidne i plafonske jedinice napajanja, tako da mogu biti korišćene u svim oblastima medicine. Ugrađuju se u nadkrevetne jedinice, stativne i kontrolno ventilske kasete. Standard: DIN 13260. Proizvodnja "MDSRL" ili ekvivalent.	kom.	56		
	3.	ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I SERTIFIKACIJA RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA U OBJEKTU „NEUROLOGIJA I PSIHIJARIJA“				
	3.1	Ispitivanje kompletne opreme i cjevovoda posle završene montaže, u skladu sa EN ISO 7396-1, ovim projektom i instrukcijama i uputstvima proizvođača. Rezultati ispitivanja treba da budu u pisanoj formi.	paušal	1		
	3.2	Primopredaja i puštanje u probni rad od minimum mjesec dana, kompletno montirane i ispitane opreme i cjevovoda, a do izvršenja zakonskog tehničkog prijema, uključujući obuku i provjeru znanja predviđene radne snage za rukovanje i održavanje instalacijom, sa izdavanjem uvjerenja o obučenosti.	paušal	1		
	3.3	Certifikacija kompletne instalacije i predaja Naručiocu radova na trajnu upotrebu, uključujući sledeća uputstva i dokumentaciju: - dokumenta o porijeklu opreme, - set crteža "izvedenog stanja", - uputstva za rad, - uputstva za preporučena održavanja,	paušal	1		

	<ul style="list-style-type: none"> - lista preporučenih rezervnih dijelova i - ostale operativne upravljačke informacije. <p>Obavezna izrada Zapisnika o primopredaji.</p> <p><u>Napomena:</u> Obezbjedenje medicinskih gasova i ambalaže za probni rad opreme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boce za komprimovani kiseonik i - boce za komprivirani vazduh, <p>obezbjeduje Naručilac radova u dogovoru sa Izvođačem radova i isporučiocem medicinskih gasova.</p>				
4.	<p>POMOĆNI PRIZEMNI OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ STANICE ZA KISEONIK</p> <p><u>Konstrukcija</u></p> <p>Horizontalne dimenzije pomoćnog objekta su 440x312 cm. Objekat se temelji na temeljnim stopama dimenzija 60x60x50cm. Dubina fundiranja je 70-80 cm. ispod kote tla. Nosiva konstrukcija je od drvenih stubova presjeka 12/12cm. i 12/14cm. Drveni stubovi se postavljaju na čelične čašice. Kompletna drvena konstrukcija se impregnira sredstvima protiv atmosferskih uticaja i štetočina. Zatvaranje objekta vrši se fasadnim termopanelima debljine 5cm, sa ispunom od poliuretanske pjene. Krov je jednovodan, krovna konstrukcija drvena od kvalitetne četinarske građe, a pokrivač lim. Nagib krova je 15°.</p> <p>Svi konstruktivni elementi objekta su predviđeni u skladu sa važećim standardima i propisima.</p> <p><u>Obrada</u></p> <p>Prostorije su bez završne podne obloge, jer se asfaltna podloga zadržava kao završni podni sloj. Zidovi se ne obrađuju sa unutrašnje i spoljne strane, jer je fasadni termopanel i završna obrada zida. U vanjske otvore ugrađuju se metalna vrata sa ventilacionim otvorima, sve po izboru investitora. Odvodnja atmosferske vode je omogućena putem horizontalnih i vertikalnih oluka od bojenog lima.</p> <p><u>Instalacije</u></p> <p>U objektu su predviđene elektroinstalacije, kao i gromobranske instalacije sa polaganjem uzemljivača ili sondiranjem.</p>	kom.	2		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a					
Popust /ako ga ima/ u KM					
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a					

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok isporuke: _____ (ne duži od 10 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok: _____ (ne kraći od 12 mjeseci).

Potpis i pečat ovlašćenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE za Lot 3 mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis.

